



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

A Ata de Registro de Preço tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de 01 Berço Aquecido, incluindo instalação, com os devidos laudos de calibração, além do fornecimento de acessórios para o funcionamento individual de cada tecnologia para uso no Setor Pediatria da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé.

1- Informações Gerais

Órgão: Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé - MG

Setor Requisitante: Pediatria

Responsável pela Demanda: William D. M Pereira Matrícula: -

E-mail: hospitalmariadafe@gmail.com

Telefone: (35)3662-1118

2- Justificativa da Necessidade da Contratação

A aquisição justifica-se pela necessidade de manter a estabilidade térmica de recém-nascidos (RN) em procedimentos de reanimação, cuidados críticos ou pós-operatórios, minimizando riscos de hipotermia e permitindo livre acesso da equipe assistencial ao paciente da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé.

3- Descrição do Objeto

Ata de Registro de Preço tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de 01 Berço Aquecido, incluindo instalação, com os devidos laudos de calibração, além do fornecimento de acessórios para o funcionamento individual de cada tecnologia para uso do Setor Pediatria da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé.

4- Quantidade a Ser Contratada

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	UND MED	QTD	VR UNIT. (R\$)
03	Berço aquecido com calor irradiante para recém-nascidos. Aplicação básica: equipamento médico destinado aos cuidados intensivos e reanimação de recém-nascidos. Berço Aquecido com Sistema de calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo ou níquel cromo disposto no módulo refletor, na parte superior com calha protetora do elemento quartzo ou níquel cromo; Giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios-X; Bandeja para alojamento do filme radiográfico com posicionamento através de coordenadas cartesianas; Posicionamento do paciente nas posições horizontal, trendelburg e proclive através de controle frontal e suave; Leito do paciente em mesa, com ajuste de posição em angulação e lâminas para contenção do paciente com movimentos rebatíveis de acionamento por ação rápida, com passador de tubo dos circuitos. Bandeja para alojamento do	FANEM	UND	01	33.700,00



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

filme radiográfico; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa em PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi texturizado com quatro rodas giratórias de banda larga dotado de freios; balança incorporada; Conjunto de tomadas auxiliares (tipo 2P+T)/; Aspirador para uso em oxigênio com vacuômetro e frasco para secreções; Dispositivo de reanimação com circuito em T, PIP e PEEP integrado no painel; Painel integrado com sistema de monitoração direto e contínuo dos parâmetros programados em mostradores distintos permitindo leitura simultânea das temperaturas programadas (ou tecnologia superior de amostragem por LCD), temperatura real do paciente, tempo monitorado do relógio apgar, temperatura ambiente. Sistema servo controlado, através de sensor ligado ao RN; Deverá permitir conexão de um sensor de pele auxiliar; Deverá permitir sistema de fototerapia reversa; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à distância indicando falta de energia, falta e desalojamento do sensor no paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático, advertência acionada a cada dez minutos para verificação de rotina da temperatura do recém-nascido quando estiver no sistema manual; Relógio Apgar em display numérico com três dígitos para indicação do tempo em minutos/segundos, com contagem do tempo, bip sonoro a cada minuto e alarme sonoro momentâneo no final da contagem; Fornecer todos os cabos e sensores necessários ao perfeito funcionamento do aparelho. Alimentação: 220 V/60Hz. Acessórios mínimos obrigatórios: 01 sensor para RN com conector com trava de segurança rosqueável, 01 suporte para bomba de infusão, 01 suporte para soro, 01 prateleira sobre o leito para armazenamento de materiais; 01 suporte para monitor, 01 sensor de temperatura ambiente e 01 colchão de espuma com capa sem costura e aberto em uma das extremidades para desinfecção. O Berço-Aquecido deverá apresentar Registro Vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, bem como o selo e certificação do INMETRO.

5- Estimativa Preliminar do Valor da Contratação

O custo estimado total da contratação é de R\$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos), conforme valores unitários e totais levantados no Termo de Referência.

6- Data Prevista para Conclusão da Contratação

A contratação é imediata.

7- Grau de Prioridade da Contratação

A contratação tem prioridade máxima.



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIA DA FÉ
HOSPITAL MUNICIPAL FERRAZ E TORRES**

CNPJ: 18.180.356/0001-10

Rua João Gonçalves da Costa, nº 190 – Bairro Canudos – Cep: 37.517-000 – Maria da Fé/MG

E-Mail: hospitalmariadafe@gmail.com

8- Indicação de Vinculação ou Dependência

Não se aplica a contratação do objeto, pois não existe nenhum projeto com vinculação ou dependência.

9- Responsáveis

Integrante Requisitante Titular

Nome: William Daniel Marqueis Pereira

Cargo: Presidente

E-mail: wdmp1077@gmail.com

Integrante Requisitante Substituto

Nome:

Cargo:

E-mail:

Assinatura

Assinatura

10- Aprovação e encaminhamento

Considerando que a Ata de Registro de Preço tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de 01 Berço Aquecido, incluindo instalação, com os devidos laudos de calibração, além do fornecimento de acessórios para o funcionamento individual de cada tecnologia para uso do Setor Pediatria da Fundação Municipal de Saúde de Maria da Fé, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada necessária para atendimento da demanda exarada, esta área requisitante **APROVA** a requisição e encaminha o presente Documento de Formalização de Demanda.

Maria da Fé, 23 de Fevereiro de 2026.